



Message Urgent- ANSM



AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE

DATE : 25/11/2020

REFERENCE : ANSM_N°2020_09

OBJET : OXYGENOTHERAPIE HAUT DEBIT DES PATIENTS COVID-19 : UTILISEZ DE L'EAU STERILE PLUTOT QUE DE L'EAU PPI

Pour action

☒ Etablissements hospitaliers

☐ SAMU / Centre 15

Service(s) concerné(s) : PUI

Pour information

☒ ARS

☒ DGOS

☐ ANSP

☐ DGCS

☒ ARS de Zone

☒ ANSM

☐ Autre :

Madame, Monsieur,

L'ANSM a été informée de difficultés d'approvisionnement des hôpitaux en poches d'eau PPI, face à l'augmentation de la demande pour l'humidification de l'oxygène dans le cadre de la prise en charge des patients atteints de COVID-19 par oxygénothérapie haut débit (OHD).

L'ANSM a demandé aux laboratoires d'augmenter leurs productions, d'importer et de cesser toute exportation d'eau PPI.

- **Nous invitons les professionnels de santé à utiliser en priorité les poches d'eau stérile pour l'OHD**
 - **il existe des poches d'eau stérile pour irrigation de 1 litre ou 3 litres (marquées CE).**
 - **Pour augmenter les stocks, l'ANSM a également émis une dérogation au marquage CE pour des poches de 5 litres d'eau stérile (initialement destinée comme matière première à usage pharmaceutique) afin qu'elles puissent être mises à disposition des hôpitaux.** Les pharmacies à usage intérieur peuvent commander ces poches auprès du laboratoire CDM Lavoisier. Leur compatibilité avec les potences et les connections des appareils d'OHD a été contrôlée. Ces poches viennent compléter son offre habituelle d'eau PPI.
- **L'offre complète d'eau PPI, d'eau stérile pour irrigation marquée CE en poches de 1 litre ou 3 litres et d'eau stérile en poches de 5 litres est suffisante pour couvrir les besoins actuels.**

Pour en savoir plus : consultez la [fiche Rupture de stock a été publiée sur le site de l'ANSM](#)

Christelle Ratignier-Carbonneil
Directrice générale adjointe chargée des Opérations

Signé

