

# PROJET OMEDIT et DMI

## L INFORMATISATION DE LA TRACABILITE ET DEPLOIEMENT DE L IUD

L'OMEDIT ARA accompagne les ES  
→ [Consultez les documents](#)



### UN CADRE RÉGLEMENTAIRE RÉCENT

- ✓ Règlement européen → applicable depuis le 26 mai 2021
- ✓ Arrêté du management de la qualité du circuit du DMI
- entrée en vigueur 26 mai 2022

Décrypt'RM n°2 « [Quels changements pour les PH ?](#) »

Décrypt'RM – *en cours* ---

La traçabilité sanitaire doit être effective et la lecture de l'IUD déployée



### DES CONSTATS ET DES BESOINS EXPRIMÉS

- ❖ Lors de l'enquête DGOS sur la traçabilité des DMI
- ❖ Lors de l'expérimentation nationale DGOS sur le déploiement de l'IUD

Synthèse régionale « [Traçabilité des DMI](#) »

Bilan « [Expérimentation déploiement de l'IUD](#) »

2/3 des ES ne réalisent pas la traçabilité sanitaire dans les blocs opératoires  
56% des blocs opératoires sont équipés de douchettes et 33% sont en capacité de lire l'IUD



### UN ACCOMPAGNEMENT RÉGIONAL OMEDIT AVEC LE GT DM

Cliquez pour consulter les outils

« *Etat des lieux* »

- **Identification de l'existant =**  
« Qu'est ce qui est utilisé, que possède-t-on comme outils ? »
- **Identification des attentes =**  
« Quels sont nos objectifs, de quoi avons-nous besoin ? »

« *Construction du projet* »

- Identification des acteurs
- Identification des solutions
- Choix d'une stratégie
- Préparation du déploiement

« *Déploiement* »

- Suivre les avancées techniques
- Suivre les indicateurs

- ✓ Document : [Décrypt'Numérique](#)
- ✓ Cartographie des données numériques du circuit des DMI + Proposition d'un workflow – *Envoyés par mail sur demande--*
- ✓ Trame de Fiche Projet – *en cours* --
- ✓ Retours d'expériences de mises en œuvre – *Prévus fin 2021* --
- ✓ Organisation de compagnonnage par logiciel – *Prévus fin 2021* --
- ✓ Note d'information sur le déploiement de l'IUD [pour la direction](#) et affiche de sensibilisation pour [les opérateurs](#)

Vous avez des questions ? Vous souhaitez un accompagnement pour le projet?  
→ Contactez nous [✉ ars-ara-omedit@ars.sante.fr](mailto:ars-ara-omedit@ars.sante.fr)